



انسولین قلمی

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹- ۳۲۲۶۴۸۲۵- ۰۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/IN-KH-01-07

مراقبت‌های لازم جهت نگهداری و مصرف انواع انسولین:

- ◆ قلم انسولینی که باز نشده را حتماً در دمای ۲-۸ سانتیگراد، داخل یخچال نگهداری کنید.
- ◆ هرگز قلم انسولین را در فریزر یا نور مستقیم خورشید یا در معرض حرارت قرار ندهید.
- ◆ قلم‌های انسولین که باز شده است را می‌توان به مدت حداقل ۲۸ روز در جای خشک و خنک در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری کرد.
- ◆ چنانچه یک ویال را ظرف مدت یک ماه مصرف نمی‌کنید آن را همیشه در یخچال نگهداری کنید.
- ◆ اگر از انسولین شیری رنگ مانند نومیکس استفاده می‌کنید پیش از تزریق ویال آن را در کف دستستان بغلتانی و به هیچ وجه آن را محکم تکان ندهید.
- ◆ عمل چرخاندن و حرکت دادن را برای انسولین نومیکس تا زمانی که مایع بطون یکنواخت شیری رنگ و کدر شود، تکرار کنید.
- ◆ حتماً تاریخ انقضاً درج شده را قبل از مصرف کنترل کنید.
- ◆ اگر در انسولینهای شفاف مانند نوریبید و لاتوس تودهای کریستالی و یا کدورتی مشاهده کردید از مصرف آن خودداری کنید.
- ◆ از تزریق انسولین خنک اجتناب کنید. این عمل می‌تواند باعث لیپو دیستروفی (فرو رفتگی در پوست) کاهش سرعت جذب انسولین و عکس العمل‌های موضعی شود.

۱۰. سوزن قلم را به صورت عمودی وارد پوست کنید و پیستون را فشار دهید. به مدت ۱۰ ثانیه قلم انسولین را داخل پوست نگهدارید و سپس سوزن را از پوست خارج کنید و پنبه را روی محل تزریق برای چند ثانیه فشار دهید.


۱۲. محل تزریق را مالش ندهید.

۱۳. سرسوزن را خارج کرده و درب قلم را ببندید.

محل و شرایط تزریق زیر جلدی انسولین چیست؟

شکم و پهلو و پشت، شعاع ۵ سانتی متری اطراف ناف تا پهلوها و ربع خارجی و فوقانی باسن، پاهای قسمت روی ران‌ها به طرف بالا و بیرونی بازوها در چربی زیر پوست تزریق می‌شود.

برای جلوگیری از پیدا شی تغییرات پوستی از جمله سختی پوست و تحلیل عضلانی محل‌های تزریق را بصورت چرخشی هر دو هفته یکبار تغییر بدید.



تزریق انسولین قلمی توسط بیمار:

- جهت تزریق انسولین نیاز به تمیز کردن پوست با الکل نمی باشد، اما در صورت استفاده از الکل اجازه دهید کاملاً خشک شود.
- سرسوزن در هر نوبت استفاده از قلم باید تعویض شود.
- در صورتی که پیش از استفاده انسولین در یخچال نگهداری شده است، اجازه دهید در هوای اتاق گرم شود.
- دستهای خود را بشویید.
- در صورتی که از قلم انسولین ترکیبی استفاده می کنید ابتدا قلم را بین دستهای خود بچرخانید و مطمئن شوید که محتویات آن کاملاً یکدست باشد.
- سرسوزن را جایگذاری کنید. درجه ی انتهایی قلم را روی یک واحد (عدد ۱) تنظیم کنید و با فشار پیستون انتهای قلم، تزریق را در هوا انجام دهید و مطمئن شوید سرسوزن باز است و خروج قطره انسولین را از انتهای سوزن ببینید.



- در صورت مناسب بودن سرسوزن درجه انتهای قلم را روی عدد انسولین مد نظر خود تنظیم کنید.
- با انگشت اشاره و شست پوست محل تزریق (ران، اطراف ران یا بازو) را جمع کنید.



نام و محتوای انواع قلم انسولین چیست؟

قلم نووراپید(نارنجی):

حاوی انسولین کوتاه اثر (سریع اثر) و شفاف می باشد و اثر آن بر وعده های غذایی و متناسب با میزان کربوهیدرات مصرفی متفاوت است.
شروع اثر ۵ تا ۱۵ دقیقه، اوج اثر آن ۱ تا ۲ ساعت و طول اثر آن ۴ ساعت است.
این انسولین، از ۱۵ دقیقه مانده به مصرف غذا تا مدت کوتاهی بعد از غذا قابل تزریق است.

قلم گلارژین یا لانتوس(خاکستری):

حاوی انسولین طولانی اثر (پایه) می باشد که به غذای مصرفی وابسته نیستند و بسته به انسولین مورد نیاز بدن در ۲۴ ساعت یک یا دو بار استفاده می شوند و رنگ آن شفاف است.
شروع اثر یک ساعت بعد از تزریق است و اوج اثر ندارد و طول اثر آن ۲۲ تا ۲۶ ساعت می باشد.
در اغلب اوقات تزریق فقط یکبار در روز این انسولین جهت حفظ نیازهای پایه بدن به انسولین کفایت می کند.

قلم نوومیکس (سورمه ای):

حاوی مخلوطی از ۳۰٪ انسولین کوتاه اثر و ۷۰٪ انسولین متوسط اثر به رنگ شیری است.
شروع اثر آن، ۵ تا ۱۵ دقیقه بعد از تزریق، اوج اثر آن ۱ تا ۴ ساعت بعد و طول اثر آن ۱۲ تا ۱۶ ساعت است.
باید ۱۵ دقیقه قبل از مصرف غذا، تزریق شود.
برای مخلوط کردن نباید تکان شدید داده و تنها باید در کف دست غلطانده شود و مخلوط یکنواختی بدهست آید.
در صورت تغییر رنگ یا وجود ذرات کریستالی در داخل ویال، انسولین قابل مصرف نمی باشد.
انواع دیگر قلم عبارتند از قلم های اسپارت، دتمیر و... نیز وجود دارند.

قلم انسولین وسیله‌ای است که از آن برای تزریق انسولین و مدیریت دیابت استفاده می شود. انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید می شود و در بیماری دیابت تولید و با استفاده بدن از آن با اشکال مواجه می شود.

قلم انسولین :

قلم انسولین از نظر ظاهری شبیه ماژیک است و شامل اجزای ذیل است:

۱ - بدن قلم

۲ - یک سوزن قابل تعویض

۳ - شیشه مخصوص انسولین حاوی ۴ سی سی انسولین که برابر با ۳۰۰ واحد و در بدن قلم می باشد.

تنظیم مقدار انسولین تزریقی در قلم ها به سادگی و از طریق یک پیچ در انتهای آن انجام می شود که نسبت به سرنگهای معمولی بسیار دقیق تر است.

